



제25-007031-03-1호

안전인증서

(주)와이즈

경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cool-down and Leak Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

R193/194(Ex d IIB T6) / 25-KA2BO-0598X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2021-22호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품용도: 당 제품은 스테인레스강으로 제조된 내압방폭구조 디텍터임.

·제품정격: 50 Vdc, 2 mA

·사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

·공정온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_p \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2025 년 09 월 01 일

한국산업기술시험원장

