

제2026-BO-0178 호



원본확인 QR코드

안 전 인 증 서

(주)와이즈

경기 용인시 기흥구 덕영대로 2022 (상갈동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Ultra high purity pressure transmitter)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

UPT311

인 증 번 호

26-AV2BO-0178X

용량·등급

Ex ia IIC T6..T4

정 격

Ui =28 V, li =93 mA, Pi =0.65 W, Ci =50 nF, Li =60 μ H
T6, -25℃≤Ta≤+50℃ T5, -25℃≤Ta≤+70℃
T4, -25℃≤Ta≤+80℃

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

-관련 IECEx 인증서(IECEx DEK 25.0072, Issue No. 0)와 함께 사용, IECEx 인증에 따른 표기 Ex ia IIC T6...T4 Ga

2026년 10월 26일

한국산업안전보건공단 이사장

